

別紙11 安佐医師会病院超音波診断装置購入契約仕様書

部門	階	部署・室名	品目名	参考メーカー	参考型式	同等品	数量	備考
病棟部門	6階	診察処置室	超音波診断装置	富士フイルムメディカル	FC1-X	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・超音波画像診断装置 FC1(FC1-X)	富士フイルムメディカル	L17500 FC1-X	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・FC1 Stand	富士フイルムメディカル	L17550	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・Triple Transducer Connector	富士フイルムメディカル	P19023	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・Transducer C60xf	富士フイルムメディカル	P19015	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・Transducer P21xp	富士フイルムメディカル	P18183	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・Transducer L38xp/10-5	富士フイルムメディカル	P18184	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・白黒プリンター (SONY/UP-X898MD)	富士フイルムメディカル	US PRINTER S UP-X898MD*	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・Accessory Box	富士フイルムメディカル	P17309	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・FC1:DICOM Software	富士フイルムメディカル	P18608	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	診察処置室	・ハートリーダー(HS1)	富士フイルムメディカル	P14166	左記参考型式以上	1	