

令和4年8月9日

安佐医師会病院医療機器・備品の購入に係る競争入札質問書回答

このことについて、次のとおり回答します。

質問事項記入欄	安佐医師会回答欄
<p><X線TV装置について></p> <ul style="list-style-type: none">・X線TV装置購入契約仕様書(保守見積含む)について嚙下検査に関する動画記録装置は、別途調達となりますでしょうか。	<p>本仕様を含むようにしてください。</p>
<p><X線TV装置について></p> <ul style="list-style-type: none">・3-1(14)について <p>モニター1面を、モニター台車と近接操作卓のそれぞれに必要なのか、モニター台車か近接操作卓のどちらかにモニター1面あればよろしいでしょうか。</p>	<p>モニター台車か近接操作卓のどちらかにモニター1面あればよいです。近接操作卓に設置する場合は、モニター台車は不要です。</p>